

Désignation

Embrasses.

- | | | | |
|---------|------------------|--------------|-----------|
| ↪ O60 : | Sous-ischiatique | Grand modèle | Acier |
| ↪ O61 : | Sous-ischiatique | Grand modèle | Aluminium |
| ↪ O62 : | Sous-ischiatique | Petit modèle | Acier |
| ↪ O63 : | Sous-ischiatique | Petit modèle | Aluminium |
| ↪ O64 : | Sous-rotulienne | Standard | Acier |
| ↪ O65 : | Sous-rotulienne | Standard | Aluminium |

Destination

Ces embrasses sont destinées à maintenir les écarts des montants latéraux de la cuisse ou du mollet, aux dimensions corporelles de chaque patinet. Elles ont été utilisées dans la réalisation d'une prothèse ou d'une orthèse.

Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

- ↪ Les embrasses doivent être utilisées suivant l'appréciation de l'orthoprothésiste agréé en fonction du patient à appareiller
- ↪ La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre de l'utilisation
- ↪ L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié

Entretien / Stockage

- ↪ Stocker le produit à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine (sur lequel est inscrit son numéro de lot)
- ↪ La fréquence des visites de contrôle de l'appareil reste à l'appréciation de l'ortho-prothésiste en fonction du patient à appareiller


Garantie

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabricant à partir de la date d'achat du produit.

NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.

Marquage CE

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 93/42/CE.



Désignation

Embrasses.

- | | | | |
|---------|------------------|--------------|-----------|
| ↪ O60 : | Sous-ischiatique | Grand modèle | Acier |
| ↪ O61 : | Sous-ischiatique | Grand modèle | Aluminium |
| ↪ O62 : | Sous-ischiatique | Petit modèle | Acier |
| ↪ O63 : | Sous-ischiatique | Petit modèle | Aluminium |
| ↪ O64 : | Sous-rotulienne | Standard | Acier |
| ↪ O65 : | Sous-rotulienne | Standard | Aluminium |

Destination

Ces embrasses sont destinées à maintenir les écarts des montants latéraux de la cuisse ou du mollet, aux dimensions corporelles de chaque patinet. Elles ont été utilisées dans la réalisation d'une prothèse ou d'une orthèse.

Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

- ↪ Les embrasses doivent être utilisées suivant l'appréciation de l'orthoprothésiste agréé en fonction du patient à appareiller
- ↪ La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre de l'utilisation
- ↪ L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié

Entretien / Stockage

- ↪ Stocker le produit à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine (sur lequel est inscrit son numéro de lot)
- ↪ La fréquence des visites de contrôle de l'appareil reste à l'appréciation de l'ortho-prothésiste en fonction du patient à appareiller

Garantie

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabricant à partir de la date d'achat du produit.

NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.

Marquage CE

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 93/42/CE.